

Simulasi perhitungan monte carlo dosis janin pada model kanker payudara berbentuk kotak dengan foton 2 MeV

Nurizati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20280682&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Telah dilakukan pengukuran dosis yang diterima janin pasien radioterapi dengan menggunakan simulasi perhitungan Monte Carlo DOSXYZnrc. Diandaikan pasien kanker payudara dan diberi radioterapi pada daerah dada dengan sinar-x 2 MeV, lapangan tangensial $6 \times 16 \text{ cm}^2$ dan supraclave $14 \times 5.8 \text{ cm}^2$ (kategori kecil), tangensial $9 \times 15 \text{ cm}^2$ dan supraclave $17.7 \times 8.6 \text{ cm}^2$ (kategori sedang), dan tangensial $8.5 \times 19 \text{ cm}^2$ dan supraclave $20.4 \times 11.4 \text{ cm}^2$ (kategori besar), serta lapangan tangensial $6 \times 16 \text{ cm}^2$, $9 \times 15 \text{ cm}^2$, dan $8.5 \times 19 \text{ cm}^2$ untuk pasien yang hanya menerima perlakuan tangensial. Jarak antara tepi lapangan radiasi dengan posisi titik pengukuran dibuat bervariasi dengan asumsi letak janin yang berubah sesuai umur kehamilan dan diamati pada tiap trimester kehamilan. Pada setiap jarak tertentu, perhitungan dosis dilakukan pada 3 kedalaman berbeda yaitu 2, 5, dan 10 cm. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dosis janin akan berkurang dengan bertambahnya kedalaman, berkurangnya luas lapangan, dan maksimum pada saat jarak antara tepi lapangan dengan posisi janin terdekat.

<hr>ABSTRACT

The fetal dose that received at radiotherapy patient was measured by using Monte Carlo DOSXYZnrc simulation calculations. Patient was regarded breast cancer patients and given radiotherapy to the chest area with 2 MeV x-ray beam, field tangential $6 \times 16 \text{ cm}^2$, and $5.8 \times 14 \text{ cm}^2$ supraclavicular (small categories), field tangential $9 \times 15 \text{ cm}^2$ and $17.7 \times 8.6 \text{ cm}^2$ supraclavicular (medium categories) and tangential $8.5 \times 19 \text{ cm}^2$ and $20.4 \times 11.4 \text{ cm}^2$ supraclavicular (large category), as well as field tangential $6 \times 16 \text{ cm}^2$, $9 \times 15 \text{ cm}^2$, and $8.5 \times 19 \text{ cm}^2$ for patients who received only tangential treatment. Distance between the radiation field edge to the position of measurement point varies with assumption that the changing according the location fetal gestation and observed at each trimester of pregnancy. At any given distance, the dose calculations performed at 3 different depths of 2, 5, and 10 cm. The calculations show that the fetal dose will decrease with increasing depth, decreasing of the area field, and at the time of maximum distance between the edge of the field with a fetal position nearby.